



# Wartungsplan für B-DETECTION PLUS (Varianten s, i, m)



Typ			Im WS:	Wartungs- und Prüfarbeiten nach Kalender:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
s	i	m			Jährlich	Jahre								
x	x			Befeuchtungsschlauch N42066 tauschen (wenn vorhanden)					x					x
x	x	x		Filterelement N42113 (AC) und Partikelfilter N42114 tauschen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		Funktionsprüfung	<b>Alle 3 Monate / Nach Bedarf</b>									
	x			Membran 178876 tauschen (wenn vorhanden)					x					x
x	x		a1	Rückschlagventil N1463 auf Dichtheit prüfen ggf. Wartungssatz N6488 einbauen		x		x		x		x		x
x	x	x	AT*	Sensoren auf korrekte Funktion prüfen; ggf. kalibrieren (Wechsel wenn notwendig)**	<b>Alle 3 Monate / Nach Bedarf</b>									
x	x	x		Sicherheitsventil N41668 prüfen ggf. tauschen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		Sicht- und Dichtigkeitsprüfung	<b>Monatlich</b>									
x	x		a1	Spülventil Wartungskit N41885-a1 einbauen (wenn vorhanden)		x		x		x		x		x
x	x			Spülventil Schalldämpfer N1139 reinigen (wenn vorhanden)	x	x	x	x		x	x	x	x	
x	x			Spülventil Schalldämpfer N1139 tauschen (wenn vorhanden)					x					x
x	x	x		Systemkontrolle nach Wartung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	AT	Taupunktsensor N41345 werkskalibrieren (wenn vorhanden)		x		x		x		x		x
		x		Trocknerkapsel 182749 (MS) tauschen (wenn vorhanden)	<b>Alle 3 Monate / Nach Bedarf</b>									
x	x	x	a1	Wartungssatz 166085-a1 für Gasentnahmeeinheit einbauen (wenn vorhanden)		x		x		x		x		x

Werkzeuge / Hilfsmittel		Bestellnummer
	High Kalibriergas CO, CO <sub>2</sub> und O <sub>2</sub> : Inhalt 12Liter / 12bar @1 Liter Flasche	N42330
	Low Kalibriergas (Nullgas) CO, CO <sub>2</sub> und VOC: Inhalt 12Liter / 12bar @1 Liter Flasche	N42328
	Low Kalibriergas (Nullgas) O <sub>2</sub> : Inhalt 12Liter / 12bar @1 Liter Flasche	N40706
	Prüf- / Testgas CO, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> bzw. High Kalibriergas VOC: Inhalt 12Liter / 12bar @1 Liter Flasche	N42332
	Druckminderer + PUR-Schlauch 12Liter Anschluss	N42334

Werkzeuge / Hilfsmittel		Bestellnummer
AT	High Kalibriergas CO, CO <sub>2</sub> und O <sub>2</sub> : Inhalt 300Liter / 150bar @2Liter Flasche ***	N43678
AT	Low Kalibriergas (Nullgas) CO, CO <sub>2</sub> und VOC: Inhalt 300Liter / 150bar @2Liter Flasche ***	N43677
AT	Low Kalibriergas (Nullgas) O <sub>2</sub> : Inhalt 300Liter / 150bar @2Liter Flasche ***	N43680
AT	Prüf- / Testgas CO, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> & High Kalibriergas VOC: Inhalt 300Liter / 150bar @2Liter Flasche ***	N43679
	Druckminderer + PUR-Schlauch 300Liter Anschluss	N43809

\* Sensorplatte für CO / O<sub>2</sub> (Ersatzteilnr. 179202) und VOC (N41994) auch als Reparaturteil („-AT“) erhältlich

\*\* Einzelbezug der Sensoren N41992 (O<sub>2</sub>), N41983 (CO), N42860 (CO<sub>2</sub>) und N41994 (VOC) möglich.

\*\*\* als Reparaturteil („-AT“) erhältlich. Flaschenpfand wird bei der Rücksendung der leeren, unbeschädigten 2L Flasche rückvergütet.